

信号发生器
使用说明书



更多资讯请扫二维码
服务电话：400-163-1718

Asmik

杭州米科传感技术有限公司

www.hzmik.com

杭州米科传感技术有限公司

U-S2-MICN3
第3版

前言

- 感谢您购买我公司产品。
- 本手册是关于产品的功能、操作方法和故障处理方法等的说明书。
- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用产品。
- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

注意

- 本手册内容随仪表的性能及功能提升而改变，恕不提前通知。
- 本手册内容我们力求正确无误，如果您有任何疑问或发现任何错误，请与我们联系。

版本

U-S2-MICN3 第三版 2018 年 12 月

确认包装内容

仪表提供以下标准附件，请确认附件是否齐全并完好无损。

序号	物品名称	数量	备注
1	信号发生器	1	升级版
2	测试引线	3	一红一黑一黄
3	使用说明书	1	
4	合格证	1	
5	USB 线	1	
6	便携包	1	

目 录

第一章 概括.....	1
1.1 简介.....	1
1.2 主要功能.....	1
1.3 技术指标.....	2
1.4 规格.....	3
第二章 各部分名称及功能.....	4
2.1 接线端子.....	5
2.2 按键.....	6
2.3 液晶屏显示.....	7
第三章 信号输出.....	8
3.1 电压、有源电流输出.....	8
3.2 4-20mA 输出.....	8
3.3 热电偶输出.....	9
3.4 电阻/热电阻输出.....	9
3.5 无源电流输出.....	10
3.6 电压、电流信号按显示量程输出或测量(免去 量程换算).....	11
第四章 信号测量.....	12
4.1 电压、有源电流测量.....	12

4.2 无源电流测量.....	13
4.3 电阻/热电阻测量.....	14
4.4 热电偶测量.....	14
4.5 调节阀门.....	15
第五章 可编程输出.....	16
5.1 分割输出功能(n/m).....	16
5.2 线性输出功能.....	16
5.3 自动步进功能.....	18
第六章 故障排除及仪表维护.....	19
6.1 故障排除.....	19
6.2 仪表维护.....	20

第一章 概括

1.1 简介

本信号发生器具有多种信号的测量和输出功能，包括电压、电流、热电偶、电阻、热电阻信号，采用高清 LCD 液晶屏和功能分明的硅胶按键，显示清晰，操作简单，且具有待机时间长，精度高和可编程输出功能。广泛应用于实验室、工业现场 PLC 与过程仪表、电动阀门等的调试。

1.2 主要功能

电压信号：0-30V、0-24mV、0-100mV 输出与测量。

电流信号：有源和无源 0-24mA、4-20mA 输出与测量。

热电偶：K、E、J、T、R、B、S、N 输出与测量。

电阻/热电阻：0-400 Ω 、-199-650 $^{\circ}\text{C}$ 输出与测量(其中输出电阻为 15 Ω)。

1.3 技术指标

表 1 测量和输出功能一览表

项目	信号类型	范围	精度	分辨率	备注
直流电压	20mV	0.00-24.00mV	$\pm 0.2\%$	0.01mV	
	100mV	0.0-100.0mV	$\pm 0.2\%$	0.1mV	
	V	输出 0.00-15.00V	$\pm 0.2\%$	0.01V	输出: 最大电流 30mA 测量: 输入阻抗 1.2M Ω
		测量 0.00-30.00V	$\pm 0.2\%$	0.01V	
直流电流	mA	0.00-24.00mA	$\pm 0.2\%$	0.01mA	输出: 最大负载 750 Ω 测量: 输出阻抗 100 Ω
	4-20mA	4/8/12/16/ 20mA	$\pm 0.2\%$	0.01mA	
无源电流	mA	0.00-24.00mA	$\pm 0.2\%$	0.01mA	输出: 外部电源 16-30V
配电输出	24V LOOP	24V/16V	10%	/	驱动电流 24mA
热电偶	K	-200-1372 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	输出或测量温度不能小于冷端温度 注: 最小激励电流 0.5mA, 最大激励电流 3mA
	E	-200-1000 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	
	J	-210-1200 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	
	T	-200-400 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	
	R	-50-1768 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	
	B	250-1820 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	
	S	-50-1768 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1\%$	1 $^{\circ}\text{C}$	
电阻	Ω	输出 15.0-400.0 Ω	$\pm 0.2\%$	0.1 Ω	
		测量 0.0-400.0 Ω	$\pm 0.2\%$	0.1 Ω	
热电阻	PT100	-199.0-650.0 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.2\%$	0.1 $^{\circ}\text{C}$	

1.4 规格

表 2 规格参数

工作温度和湿度	-10-55℃, 20-80%RH(不结露)
储存温度	-20-70℃
外形尺寸	115*70*26(mm)
重量	300g
电源	3.7V 锂电池供电或外接 5V/1A 适配器供电
功耗及电池用量	约 300mA, 满负载电池可用 7-10 小时
反接与过流保护	30V

第二章 各部分名称及功能




图 1 信号发生器正视图

2.1 接线端子

测试表笔的插孔见图 1，具体功能说明见表 3。

如使用测量端进行信号测量时，接图 1 中的插孔①、③，此时便可将测试表笔插入该插孔。

如使用输出端进行信号输出时，接图 1 中的插孔①、②，此时便可将测试表笔插入该插孔。

表 3 插孔功能说明

序号	名称	说明
①	黑色端子	公共端
②	黄色端子	输出信号端
③	红色端子	测量信号端

2.2 按键

表 4 信号发生器按键及拨码开关功能说明

序号	按键名称	说明
④		切换数值小数点/正负
⑤		开启/关闭测量功能
⑥		显示/修改冷端(仅测量热电偶有效)
⑦		打开/关闭电源
⑧		开启/关闭信号输出
⑨	拨码开关 (出厂默认为 OFF)	1、自动关机：10 分钟无按键操作，自动关机 2、手动冷端：测量热电偶时手动设置冷端值 3、无源输出：输出无源电流信号，用于模拟变送器 4、低载模式：无源电流输入时，输出 16V 电压给变送器供电，用于降低功耗，延长使用时间
⑩		切换测量/输出信号类型
⑪		切换测量/输出量程
⑫		开启编程功能
⑬		切换可编程输出波形(线性输出/步进输出)
⑭		增加和减少数值

2.3 液晶屏显示

a 测量值显示：4 位 8 字，带单位。

b 输出信号值：4 位 8 字，带单位。

c 信号及冷端模：20mV/100mV/4-20mA/K/E/J/T/R/B/S/N。

RJA 为自动冷端，M 为手动冷端。

d 编程功能：

n/m 为分割输出，输出值=(主设定值) $\times$ (n/m)。

SWEEP 为线性输出，按照用户设定的时间线性输出信号。

STEP 为步进输出，按照用户设定的步骤步进输出信号。

TIME 为每个步骤输出时间，0-999s 可组态。

COUNT 为输出循环次数 0-999 次可组态，0 为无限循环。

e 单位：mA/mV/V/°C。

f 量程转换功能：RL 为显示量程下限，RH 为显示量程上限，SL 为信号下限，SH 为信号上限。

g 电池电量及充电标志：充电时，标志闪烁。充满电时，标志常亮。

第三章 信号输出

信号发生器可以输出电压、有源电流、无源电流和热电偶信号。

3.1 电压、有源电流输出

- ①将黑色信号线接在公共端，黄色信号线接在输出端。
- ②按黄色  键切换信号类型。
- ③按   键调整输出值大小。
- ④按黄色  键，LCD 屏幕中  由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。

3.2 4-20mA 输出

4-20mA 信号每次递增/递减 4mA。

- ①信号类型选择为 4-20mA。
- ②用与 4-20mA 对应的   键以步进方式设置输出值，每次递增/递减 4mA。顺序 4→8→12→16→20。也可以用常规的   键设置小数值进行微调。
- ③按黄色  键，LCD 屏幕中  由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。




图 2 输出有源电流/电压到仪表或 PLC

3.3 热电偶输出

输出热电偶温度减去冷端温度对应的电压值。

- ①按黄色 **信号** 键切换信号类型为 K/E/J/T/R/B/S/N。
- ②按 **▲** **▼** 键调整输出温度值大小。
- ③按黄色 **输出** 键，LCD 屏幕中 **SOURCE** 由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。

3.4 电阻/热电阻输出

输出电阻/热电阻温度

- ①按黄色 **信号** 键切换信号类型为 /PT100。
- ②按蓝色 **测量** 键 LCD 屏幕中测量部分显示消失。
- ③按 **▲** **▼** 键调整输出温度值大小。

④按黄色 输出 键，LCD 屏幕中 **SOURCE** 由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。

3.5 无源电流输出

无源电流输出可作为 2 线制变送器模拟器，用于环路测试。

①按黄色 信号 键切换信号类型为 mA。

②将拨码开关拨到[无源输出]ON 侧，启动无源电流输出功能。

③按 Δ ∇ 键调整输出值大小。

④按黄色 输出 键 LCD 屏幕中 **SOURCE** 由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。




图 3 二线制变送器模拟器

3.6 电压、电流信号按显示量程输出或测量(免去量程换算)

- ①信号类型为电压、电流信号时有效。
- ②按黄色[信号]键切换显示量程下限 RL→量程上限 RH→信号下限 SL→信号上限 SH→无。
- ③在量程显示为 RL 时,按▲▼键设置相应的值。按□键切换 RL 小数点,按±键切换 RL 正负号。
- ④依次设置好 RL、RH、SL、SH 的值。

输出时:

- ⑤再按[量程]键退出量程设置,按□键切换按量程输出或信号输出,量程输出时无出单位显示。
- ⑥按▲▼键调整输出值大小。
- ⑦按黄色[输出]键, LCD 屏幕中[SOURCE]由OFF变成ON,启动输出。

测量时:

- ⑤再按蓝色[量程]键退出量程设置,按±键切换按量程测量显示或按信号值显示。按量程显示时无单位显示。
- ⑥在测量区可显示实际测量值或按量程转换值。

第四章 信号测量

信号发生器可以测量电压、有源电流、无源电流和热电偶信号，更新周期 1s。

不执行测量功能时，按蓝色^{测量}键关闭测量模式，以达到节省电池电量的目的。

4.1 电压、有源电流测量

- ①将黑色信号线接在公共端，红色信号线接在测量端。
- ②按蓝色^{测量}键打开测量功能。
- ③按蓝色^{信号}键切换信号类型。
- ④在 LCD 测量值显示区显示实际测量值。




图 4 测量电压，有源电流信号

4.2 无源电流测量

用于二三线制变送器测试。

- ①按照二线制或三线制接法连接好信号线。
- ②按蓝色 **信号** 键切换信号类型为 24 VLOOP。
- ③此时输出端固定输出 24V 或 16V 的电压(拨码开关在 **【低载模式】** ON 侧时，输出 16V)。
- ④在 LCD 测量值显示区显示实际测量值，输出显示区域固定显示为 25mA。




图 5 测量二线制变送器




图 6 测量三线制变送器

4.3 电阻/热电阻测量

- ①将黑色信号线接在公共端，红色信号线接在测量端。
- ②按蓝色  键切换信号类型为 ρ PT100。
- ③在 LCD 测量值显示区显示实际测量值。

4.4 热电偶测量

用于测量热电偶温度值，带自动或手动冷端补偿功能。

- ①将黑色信号线接在公共端，红色信号线接在测量端。
- ②按蓝色  键切换信号类型为 K/E/J/T/R/B/S/N。
- ③在 LCD 测量值显示区显示实际测量值。

如需查看或调整冷端温度，则按以下步骤进行：

- ①按  键，液晶屏输出值将切换为冷端温度显示。
- ②液晶屏显示 RJA，表明当前冷端为信号发生器内部传感器采集到的冷端温度，不可修改。
- ③如将拨码开关拨到手动冷端位置，液晶屏显示 M，此时可用   键手动设定冷端值。
- ④再按  键，关闭冷端显示。

4.5 调节阀门

输出有源电压/电流给阀门，测量反馈信号来调节阀门。

- ①按图 7 连接好信号线。
- ②按蓝色 **信号** 键切换测量信号类型为电压/电流。
- ③按黄色 **信号** 键切换输出信号类型为电压/电流。
- ④按黄色 **输出** 键，LCD 屏幕中 **SOURCE** 由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。
- ⑤在 LCD 测量值显示区显示实际阀门的反馈测量值。





图 7 调节阀门

第五章 可编程输出

5.1 分割输出功能(n/m)

通过分割输出，可将电压、电流、热电偶信号分割成 n/m 次输出。

输出值=(主设定值) $\times(n/m)$

- ①按   键设置输出主设定值。 
- ②在波形为无时，按  键进入分割输出模式，显示 n/m 菜单。
- ③按  键设置 m 值， m 值可设范围为 1-20。
- ④按   键设置 n 值，根据 n 值可得到 n/m 输出值。 n 值可设范围为 0- m 。
- ⑤按黄色  键，LCD 屏幕中  由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。
- ⑥再按一次黄色  键，关闭输出。
- ⑦按  键退出分割输出模式。

5.2 线性输出功能

可以按照用户设定的时间线性输出信号值。

- ①按   键设置输出主设定值。

②按 **波形** 键，LCD 屏幕显示 SWEEP，启用线性输出模式。

③按 **编程** 键，设置线性输出时间参数 TIME 有 4 段时间可设置，分别为上升时间，上限保持时间，下降时间，下限保持时间。按 **▲** **▼** 键修改时间值，范围 0-999s 可设。

④再按一次 **编程** 键，设置线性输出次数 COUNT，范围 0-999 次可设，0 次为无限次数。

⑤按黄色 **输出** 键，LCD 屏幕中 **SOURCE** 由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。

LCD 屏幕显示当前输出的步骤。



⑥再按一次黄色 **输出** 键，关闭输出。

⑦按 **编程** 键退出线性输出功能。




图 8 线性输出

5.3 自动步进功能

可以按照用户设定的值步进输出信号值。


- ①按 **▲** **▼** 键设置输出主设定值。
- ②按 **波形** 键，LCD 屏幕显示 STEP，启用步进输出模式。
- ③按 **编程** 键，设置线性输出时间参数 TIME，按 **▲** **▼** 键修改时间值，范围 0-999s 可设。

- ④再按一次 **编程** 键，设置步进输出的 n/m 初始值。

步进输出时， $n=1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow m-1 \rightarrow m \rightarrow m-1 \rightarrow \dots \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 变化。

- ⑤按黄色 **输出** 键，LCD 屏幕中 **SOURCE** 由 **OFF** 变成 **ON**，启动输出。

LCD 屏幕显示当前输出的步骤。



- ⑥再按一次黄色 **输出** 键，关闭输出。

- ⑦按 **编程** 键退出步进输出功能。




图 9 步进输出

第六章 故障排除及仪表维护

6.1 故障排除

- 1、按下电源键，LCD 屏幕无显示：
 - a 确认电池是否有电。
 - b 确认电源适配器输出电流是否 1000mA。
- 2、无测量值显示：

确认 MEASURE 是否处于打开状态。
- 3、输出值或测量值出现异常：
 - a 确认信号线是否正确连接。
 - b 确认信号类型是否正确。

6.2 仪表维护

本仪表为 3.7V 可充电锂电池供电，长时间使用时，请使用电源适配器供电，延长电池使用寿命。如使用手机充电器充电，请确保充电器输出电流为 1000mA。

本仪表不防水，请勿在高湿环境下使用。请勿将本机放置在不稳固或有可能受到强烈震动的地方。请勿将本机放置在高湿度、多尘、阳光直射、户外或接近热源的地方。