Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 250 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**AUR**
Description		**Ácido Úrico**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**1**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.200**
Blank correction		**1**
Linearity		**20**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**510**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 62 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático BA 120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**AEO**
Description		**AEO TURBI**
Unit		**IU/mL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**5**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.100**
Blank correction		**1**
Linearity		**800**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**4**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**400**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**@**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**150**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**3**
Number of sampling washes		**3**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**ALB**
Description		**Albumina**
Unit		**g/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.300**
Blank correction		**1**
Linearity		**6.0**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**620**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**120**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**15**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**ALT**
Description		**TGP**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.900** **2.000**
Blank correction		**0**
Linearity		**400**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**340**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**40**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**1746**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**10**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**7**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**0**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 75 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**AMI**
Description		**Amilase**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.500**
Blank correction		**0**
Linearity		**2000**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**405**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**3953**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**24**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**AST**
Description		**TGO**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**1**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.900** **2.000**
Blank correction		**0**
Linearity		**400**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**340**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**40**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**10**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**7**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**0**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 100 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**CA**
Description		**Cálcio Arsenazo**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **2.000**
Blank correction		**1**
Linearity		**17**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**620**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**120**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**CK**
Description		**CKNAC**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.600**
Blank correction		**0**
Linearity		**2000**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**340**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**120**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**60**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**10**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 400 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**COL**
Description		**Colesterol**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.300**
Blank correction		**1**
Linearity		**500**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**510**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**600**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 50 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**COLIN**
Description		**Colinesterase**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **2.000**
Blank correction		**0**
Linearity		**20000**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**405**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**1**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**100**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**@**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**180**
Time for reagent 2		**180**
T1		**120**
T2		**180**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**0**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA121 Creatinina 250 mL 625 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**CRE**
Description		**Creatinina**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**3**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.500**
Blank correction		**0**
Linearity		**10**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**492**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**40**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**600**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**13**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**0**
CHECK FOR POS KIN/1R		**1.200**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.600**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**CRE**
Description		**Creatinina cin**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**3**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.500**
Blank correction		**0**
Linearity		**12**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**510**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**40**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**0**
CHECK FOR POS KIN/1R		**1.200**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.600**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 62 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**FE**
Description		**Ferro**
Unit		**µg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**5**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **1.000**
Blank correction		**1**
Linearity		**1000**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**580**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**40**
Test with 2 reagents ?		**1**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**400**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**300**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 150 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**FAL**
Description		**Fosfatase alc.**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **1.500**
Blank correction		**0**
Linearity		**1500**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**405**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**2746**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**0**
CHECK FOR POS KIN/1R		**1.300**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.600**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 250 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**FOS**
Description		**Fosforo uv**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**1**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.900**
Blank correction		**1**
Linearity		**20**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**340**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**4**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA235 FR Turbidimétrico 50 mL 55 testes

Test		FR
Description		FR TURBI
Unit		IU/mL
Nomal value	Minimum Maximun	@
Nº of decimals in result		1
Model		4
Type		5
Nº of blanks		2
Blank value	Minimum Maximun	0.000 0.200
Blank correction		1
Linearity		160
Begin Control	C1 C2	1 1
End Control	C1 C2	1 1
Filter 1		620
Filter 2		-
Sample volume (µL)		5
Test with 2 reagents ?		0
Reagent 1 volume (µL)		450
Reagent 2 volume (µL)		450
Reagent 1 position		@
Reagent 2 position		-
Standard value		#
Standard position		@
Factor		§
New factor memorization		1
Dilution ratio: 1:		1
Incubation time (sec)		300
Time for reagent 2		150
T1		12
T2		0
Number of aspiration washes		3
Number of sampling washes		3
Volume of wash solution		700
Prediluted sample group		1
Report position		@
Direction: POS = 1, NEG = 0		1
Duplicate calibration		2
STD 1		0 (NaCl 0,9%)
STD 2		#
STD 3		#
STD 4		#
STD 5		#
STD 6		#
Standard curve point		@
Initial point		1
Number curve points		6

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.

A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador FR que compõe o kit – Controle Reumático BA 120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA238 Frutosamina 50 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**FRU**
Description		**FRUTOSAMINA**
Unit		**mmol/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**3**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.500**
Blank correction		**0**
Linearity		**7.0**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**20**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**600**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**300**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**0**
CHECK FOR POS KIN/1R		**0.500**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.800**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 150 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**GGT**
Description		**GAMA GT**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.800**
Blank correction		**0**
Linearity		**700**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**405**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**20**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**2550**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**0**
CHECK FOR POS KIN/1R		**1.200**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.600**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 1000 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**GLI**
Description		**Glicose**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **1.000**
Blank correction		**1**
Linearity		**600**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**510**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA259 HDL Direto 50 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de HDL que compõe o kit para Calibração e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**HDL**
Description		**HDL Direto**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**3**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.300**
Blank correction		**0**
Linearity		**200**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**3**
Test with 2 reagents ?		**1**
Reagent 1 volume (µL)		**300**
Reagent 2 volume (µL)		**100**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**@**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**315**
Time for reagent 2		**300**
T1		**10**
T2		**90**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**LDH**
Description		**LDH UV**
Unit		**U/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**2**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**0.800** **2.800**
Blank correction		**0**
Linearity		**2000**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**340**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**8095**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**60**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**0**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**1**
CHECK FOR POS KIN/1R		**0**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.600**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 200 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**MG**
Description		**Magnésio**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **1.000**
Blank correction		**1**
Linearity		**4.0**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**510**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1**
Incubation time (sec)		**120**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA304 Microalbuminúria 50 mL 50 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Microalbuminúria que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**MAU**
Description		**Microalbuminuria**
Unit		**mg/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**1**
Model		**0**
Type		**5**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.200**
Blank correction		**1**
Linearity		**130**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**4**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**500**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**@**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**150**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**3**
Number of sampling washes		**3**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA320 PCR HS 50 mL 83 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR HS que compõe o kit – Controle Protéico BA104 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**PCRHS**
Description		**PCR-HS**
Unit		**mg/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**5**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.200**
Blank correction		**1**
Linearity		**10**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**4**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**300**
Reagent 2 volume (µL)		**300**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**150**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**3**
Number of sampling washes		**3**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL 55 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Protéico BA104 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**PCR**
Description		**PCR TURBI**
Unit		**mg/L**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**1**
Model		**0**
Type		**5**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.200**
Blank correction		**1**
Linearity		**150**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**3**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**450**
Reagent 2 volume (µL)		**450**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1**
Incubation time (sec)		**300**
Time for reagent 2		**150**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**3**
Number of sampling washes		**3**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 625 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**PROT**
Description		**Proteínas totais**
Unit		**g/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**2**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.300**
Blank correction		**1**
Linearity		**14**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**540**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**8**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**400**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**600**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 62 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		PU
Description		ULCR
Unit		mg/dL
Nomal value	Minimum Maximun	@
Nº of decimals in result		2
Model		0
Type		1
Nº of blanks		2
Blank value	Minimum Maximun	0.000 0.250
Blank correction		1
Linearity		100
Begin Control	C1 C2	1 1
End Control	C1 C2	1 1
Filter 1		620
Filter 2		-
Sample volume (µL)		20
Test with 2 reagents ?		0
Reagent 1 volume (µL)		400
Reagent 2 volume (µL)		-
Reagent 1 position		@
Reagent 2 position		-
Standard value		#
Standard position		@
Factor		§
New factor memorization		1
Dilution ratio: 1:		5
Incubation time (sec)		300
Time for reagent 2		-
T1		12
T2		0
Number of aspiration washes		2
Number of sampling washes		2
Volume of wash solution		500
Prediluted sample group		1
Report position		@
Direction: POS = 1, NEG = 0		1
Duplicate calibration		2

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 200 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		**TRI**
Description		**Triglicérides**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**1**
Nº of blanks		**2**
Blank value	Minimum Maximun	**0.000** **0.300**
Blank correction		**1**
Linearity		**1000**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**510**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		**§**
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**1.7**
Incubation time (sec)		**600**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**0**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**500**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**1**
Duplicate calibration		**2**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 200 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

Test		URE
Description		**Uréia UV**
Unit		**mg/dL**
Nomal value	Minimum Maximun	**@**
Nº of decimals in result		**0**
Model		**0**
Type		**3**
Nº of blanks		**1**
Blank value	Minimum Maximun	**1.000** **2.000**
Blank correction		**0**
Linearity		**300**
Begin Control	C1 C2	**1** **1**
End Control	C1 C2	**1** **1**
Filter 1		**340**
Filter 2		**-**
Sample volume (µL)		**5**
Test with 2 reagents ?		**0**
Reagent 1 volume (µL)		**500**
Reagent 2 volume (µL)		**-**
Reagent 1 position		**@**
Reagent 2 position		**-**
Standard value		**#**
Standard position		**@**
Factor		
New factor memorization		**1**
Dilution ratio: 1:		**2**
Incubation time (sec)		**50**
Time for reagent 2		**-**
T1		**12**
T2		**30**
Number of aspiration washes		**2**
Number of sampling washes		**2**
Volume of wash solution		**600**
Prediluted sample group		**1**
Report position		**@**
Direction: POS = 1, NEG = 0		**0**
CHECK FOR NEG KIN/1R		**1**
CHECK FOR POS KIN/1R		**0**
SUBSTRATE DEPLATION		**0.600**
Duplicate calibration		**1**

@ Parâmetro definido pelo usuário.

 # Concentração do calibrador.

§ - Calculado pelo analisador.

EDIÇÃO: 03/2020

® AUTOLAB é marca registrada de seus proprietários.