深圳市后王电子科技有限公司
Shenzhen Houwang Electronics Technology Co., Ltd.

三聚氰胺免疫胶体金快速检测试剂板

使用说明书

- 【产品简介】本产品用于快速检测**各种奶样（酸奶不适合用本品检测）**中的三聚氰胺药物残留，整个检测过程只需要20分钟左右，检出限为 **200μg/kg（ppb）**，适用于各类企业及检测机构。

【产品组成】

- 三聚氰胺免疫胶体金快速检测试剂板（50 份/盒）

说明书（1 份/盒）


【需使用但未提供的试剂、器具】

加热器、微量移液器

【操作步骤】

1. 撕开三聚氰胺免疫胶体金快速检测试剂板包装，取试剂板。
   （试验环境的温度必须20度以上.冷冻过的原奶,明显出现颗粒的,容易导致跑板不完全，此时必须使用加热器加热或者离心取中间层样本进行检测。）
2. 用移液枪取130**μL**(或用滴管取5滴）生乳滴加到试剂板的加样孔中。
3. **3~5 分钟后判读结果。**

【结果判断】



- 阴性（－）：T 线（检测线，靠近加样孔一端）显色，表明样品中三聚氰胺浓度低于检测限或无三聚氰胺残留。
- 阳性（＋）：T 线无显色，表明样品中三聚氰胺浓度高于检测限；

无效：未出现C线，可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书，并用新的试剂板重新测试。

【注意事项】

 试剂条一次性使用； 不要使用过期试剂条，废弃物应妥善处理； 请勿触摸试剂条中央的白色膜面； 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染； 切勿食用配备的试剂；
 若需直接检测标准品，我方可提供配置液； 试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

【特异性】

本产品与氯霉素、链霉素、磺胺类等药物无交叉反应。

【贮存条件】

4℃～30℃避光保存，切勿冷冻。

【有效期】

12 个月。

【生产日期及批号】 详见包装袋。