全方位电源解决方案供应商

IT-E152 Rack Mount Kit
19寸机柜支架用户手册

User ’s Manual

版权所有 © 艾德克斯电子有限公司

安全规则

为防止触电，非本公司授权的合格人员严禁拆开机器。

严禁将本设备使用于生命维持系统或其他人和有安全要求的设备上。

我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。

认证与品质保证：

艾德克斯电子保证本产品性能于工厂交付时，符合本手册所标称得各项技术指标。

保固服务

本公司对本产品的材料及制造，自出货之日起，给予一年的质量保固。

本产品若需保固服务或修理，必须将产品送回本公司指定的维修单位。送回本公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到本公司维修部的单程运费，本公司将负责支付回程运费。产品若从其它国家回厂维修，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

保固限制

上述的保证不适用因以下情况所造成的损坏：

顾客不正确或不适当的维修产品；

顾客使用自己的软件或界面；

未经授权的修改或误用；

在指定的环境外操作本产品，或是在不当的地点配置及维修；

顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；

产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；

损坏源于事故，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽。

通告

本手册的内容如有更改，恕不另行通知。

版权所有 © 艾德克斯电子有限公司


关于IT-E152


本公司出品的负载系列（IT8200）和电源系列（IT6700)均可以安装于标准的19寸机柜内，IT-E152是我们为用户准备的安装套件。本套件标配四个装饰盖和20个螺钉，装饰盖的安装数量根据安装的仪器的数量不同而变化。例如：安装一台仪器，则需要配4个装饰盖，安装五台仪器，则无需装饰盖。

安装操作


安装单台仪器步骤及图示：

①卸掉仪器底部的四个黑色橡胶底脚；
②将仪器放进IT-E152支架内，通过IT-E152底部前后的四个螺孔，用螺钉将仪器与支架紧固。






安装单台仪器的正面效果图




版权所有 © 艾德克斯电子有限公司


安装五台仪器步骤及图示：

① 卸掉每台仪器底部的四个黑色橡胶底脚；
② 将五台仪器放进IT-E152支架内，用螺钉通过支架的底部螺孔将支架与仪器紧固。





安装五台仪器的正面效果图



单位：毫米

版权所有 © 艾德克斯电子有限公司

全方位电源解决方案供应商



联系我们

感谢您选择ITECH产品，如果您对本产品有任何疑问，请通过以下方式与我们联络

1. 请查阅随箱附带的资料光盘相关手册。
2. 请点击www.itechate.com或扫描右侧二维码访问艾德克斯网站。
3. 发送邮件至fae@itech.sh或拨打中国区服务热线4006025000。
4. 选择您最方便的联系方式后进一步咨询。